

お 知 ら せ
平成 23 年 9 月 1 日
佐 賀 地 方 気 象 台

佐賀地方気象台における地上気象観測値の一部欠測について

佐賀地方気象台で 8 月 30 日に実施した地上気象観測装置の定期点検において、交換した基板の不具合により、気温のデータが正常に取得できませんでした。

翌 31 日に再度基板を交換し、正常な状態に復帰しておりますが、該当する期間の気温および気温の影響を受ける下記の観測値を欠測とします。

今後は、観測値のチェック体制を強化することで、再発防止に努めてまいります。

記

観 測 値：気温、露点温度、蒸気圧、海面気圧

欠測期間：平成 23 年 8 月 30 日 10 時 04 分～31 日 11 時 28 分

本件に関する問い合わせ先
佐賀地方気象台次長 立石昭二
電話：0952-32-7026