

# 仕 様 書

## 1. 件名

雨量計ポール型架台製作

## 2. 仕様

別紙 1 参照のこと

## 3. 納入期限

令和8年3月27日（金）

## 4. 納品場所

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-4 秋田第二合同庁舎 5階

秋田地方気象台

## 5. 検査

発注者が任命する検査職員が検査を行う。

なお、指摘箇所は速やかに手直しを行い、再度検査を受けること。

## 6. その他

（1）製作する架台は溶融亜鉛メッキの防食対策を施すこと。




（2）架台および雨量計の固定に必要な数量のボルト・ナットを、別紙 1 に基づき準備すること。

（3）ボルト・ナット類の材質は、ステンレス製（SUS304）とすること。

溶融亜鉛メッキ仕上げ

φ10-3等配

別紙1



雨量計取付用 ※架台は鉄製、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

番号	部品名	個数	規格・摘要
①	六角ナット1種	9	M8 (SUS)
②	ワッシャー	12	M8、厚さ1.2mm (SUS)
③	スプリングワッシャー2号	6	M8 (SUS)
④	六角ボルト (全ネジ)	3	M8、12cm (SUS)